



检测报告

报告编号： AHMS2304079-1

委托单位： 安徽华业香料合肥有限公司

受检单位： 安徽华业香料合肥有限公司

检测类型： 委托检测



安徽迈森环境科技有限公司



说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章无效, 无相关责任人签字无效。
2. 报告涂改增删无效。
3. 未经本公司书面批准不得部分复制报告, 全部复制除外。
4. 对送检样品, 报告中的样品信息由委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
5. 对送检样品, 报告仅对送检样品负责。
6. 任何人不得使用本报告进行不当宣传。
7. 对报告的异议应于报告签发之日起 15 日内向本公司提出, 逾期将视为承认本报告。
8. 无 CMA 标识报告中的数据 and 结果, 以及有 CMA 标识报告中表明不在本公司资质认定能力范围内的数据和结果, 不具有社会证明作用, 仅供委托方内部使用。

本公司通讯资料:

单位地址: 安徽省合肥市高新区玉兰大道 767 号产业研发中心(二期)网风网络
四楼 403-409

邮政编码: 230093

联系电话: 0551-62867503

公司网址: www.ahmshj.com

编 制:

审 核:

批 准:

签发日期: 2023年5月14日

一、企业概况

单位名称: 安徽华业香料合肥有限公司

项目地址: 合肥循环经济示范园乳泉路与龙兴大道交叉口西北侧

项目名称: 安徽华业香料合肥有限公司排污许可证年度监测

二、检测内容

表 2-1 项目类别、检测点位、检测项目及检测时间如下表:

| 项目类别 | 检测点位 | 检测项目 | 样品状态 | 采样时间 | 检测时间 |
|------|--------|----------|--------|-----------|-------------------------|
| 雨水 | 厂区雨水排口 | 总磷、化学需氧量 | 微灰弱味微浊 | 2023/4/13 | 2023/4/13~ 2023/4/14 |

三、检测方法

表 3-1 检测类别、检测项目、检测方法及检出限表:

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 方法检出限 |
|------|-------|------------------------------------|----------|
| 雨水 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
| | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |

四、仪器信息

表 4-1 主要仪器信息一览表:

| 名称 | 型号 | 实验室编号 |
|------------|------------|-------------|
| 紫外可见分光光度计 | T6-1650F | AHMS-SY-007 |
| 手提式压力蒸汽灭菌器 | XFS-280CB+ | AHMS-SY-027 |

五、雨水检测结果

表 5-1 雨水检测结果表:

| 采样点位 | 厂区雨水排口 | | |
|-------------|-----------|------|------|
| 采样时间 | 2023/4/13 | | |
| 检测项目 | 7:50 | 8:51 | 9:55 |
| 化学需氧量(mg/L) | 26 | 27 | 28 |
| 总磷(mg/L) | 0.23 | 0.25 | 0.28 |

****报告结束****

