

安徽华业香料合肥有限公司 废水在线监测设备运行监测报告

(GC2023110205 比对)

安徽国创检测技术有限公司

2023年12月



委托单位：安徽华业香料合肥有限公司

比对单位：安徽国创检测技术有限公司

(检验检测机构资质认定证书编号 201212051589)

检测时间：2023年11月21日-2023年11月24日

检验人员：陈龙、纪宗颖、要帅、姜涛、刘成成、文佳佳、邓晶晶

项目负责人：石松坡

质量负责人：詹锐

报告签发人：僧蕊子

废水在线监测设备监测报告

安徽华业香料合肥有限公司为保证废水自动监测设备数据的准确性和稳定性, 根据相关技术规范和要求, 委托我公司对其自动监测设备进行实际水样比对试验。我公司于 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 11 月 24 日赶赴现场对本项目自动监测设备进行在线监测工作。

1、检测方案

1.1 检测参数

废水中 pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量共 6 项。

1.2 本次废水监测比对准确度计算:

(1) 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的绝对误差和相对误差计算:

$$C = x_n - B_n$$

$$\Delta C = \frac{x_n - B_n}{B_n} \times 100\%$$

C ——实际水样比对试验绝对误差, mg/L;

x_n ——第 n 次分析仪测量值, mg/L;

B_n ——第 n 次实验室标准方法测定值, mg/L;

ΔC ——实际水样比对试验相对误差;

x_n ——第 n 次分析仪测量值, mg/L;

B_n ——第 n 次实验室标准方法测定值, mg/L。

(2) 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮标样核查的相对误差计算

$$\Delta A = \frac{x - B}{B} \times 100\%$$

ΔA ——相对误差;

B ——标准样品标准值, mg/L;

x ——分析仪测量值, mg/L。

(3) pH 的绝对误差计算:

$$C = x - B$$

C ——实际水样比对试验绝对误差, 无量纲;

X ——pH 水质自动分析仪测量值, 无量纲;

B ——实验室标准方法测定值, 无量纲。

(4) 流量的相对误差计算

$$\Delta F = \frac{F_1 - F_2}{F_1} \times 100\%$$

ΔF ——流量比对误差；

F_1 ——明渠流量比对装置累积流量， m^3 ；

F_2 ——超声波明渠流量计累积流量， m^3 。

1.3 比对检测方法依据

序号	标准名称	检出限
1	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	—
2	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	4mg/L
3	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）	0.025mg/L
4	《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）	—
5	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）	0.05mg/L
6	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）	0.01mg/L
7	《水污染源在线监测系统（COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）	—
8	《水污染源在线监测系统（COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）	—

2、企业监测设备

在线主要监测设备

项目	生产厂家	设备名称及型号	设备编号	测量范围
pH	苏州立天新智能分析仪器有限公司	pH 在线分析仪/P90	L4A102010181	0-14
化学需氧量	安徽省碧水电子技术有限公司	化学需氧量（COD _{Cr} ）水质在线自动监测仪/BS-2008 型	BS1908007-X	0-1000mg/L
氨氮		氨氮水质自动分析仪/BS-NH ₃ -N 型	BSNH ₃ -N1908030-X	0-50mg/L
总磷		总磷水质在线自动分析仪/BS-TP 型	BSTP1908036-X	0-15mg/L
总氮		总氮水质在线自动分析仪/BS-TN 型	BSTN1907097-X	0-120mg/L
流量	北京九波声迪科技有限公司	超声波明渠流量计/WL-1A1	201911446	0~500L/s

3、技术说明

比对检测结果评定依据《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）中表 1 “水污染源在线监测仪器运行技术指标”，其次参考《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）。

3.1 水污染源在线监测仪器运行技术指标

检测项目		技术要求
化学需氧量	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品，相对误差不超过±10%
	实际水样（当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求）	实际水样 COD _{Cr} <30 mg/L（用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±5mg/L
		30 mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <60 mg/L，相对误差不超过±30%
		60 mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <100 mg/L，相对误差不超过±20%
		实际水样 COD _{Cr} ≥100 mg/L，相对误差不超过±15%
氨氮	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品，相对误差不超过±10%
	实际水样（当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求）	实际水样氨氮<2 mg/L（用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±0.3 mg/L
		实际水样氨氮≥2 mg/L，相对误差不超过±15%
总磷	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品，相对误差不超过±10%
	实际水样（当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求）	实际水样总磷<0.4 mg/L（用浓度为 0.2 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±0.04mg/L
		实际水样总磷≥0.4 mg/L，相对误差不超过±15%
总氮	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品，相对误差不超过±10%
	实际水样（当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求）	实际水样总氮<2 mg/L（用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±0.3mg/L
		实际水样总氮≥2 mg/L，相对误差不超过±15%
pH	标样核查	绝对误差不超过±0.5
	实际水样	实际水样比对，绝对误差不超过±0.5
流量	流量（10 分钟累计流量）	流量比对，相对误差不超过±10%

4、检测结果

表 4-1

检测点位置	污水排放口
检测日期	2023.11.21~2023.11.22

标样核查 (单位: pH: 无量纲, 化学需氧量: mg/L)

序号	检测项目	在线设备检测时间	检测数据	标准值	误差	是否符合	技术要求
1	pH	13:16	7.26	6.86	0.40	符合	绝对误差不超过±0.5
2	化学需氧量	11:59	505.8	500	1.2%	符合	相对误差不超过±10%

实际水样比对检测结果 (单位: pH: 无量纲, 流量: m³, 化学需氧量: mg/L)

样品编号	检测项目	采样时间	在线设备检测时间	仪器检测结果	比对方法检测结果	误差	是否符合	技术要求
23110205FS-1-1-1-1	pH	13:50	13:51	7.51	7.69	-0.18	符合	绝对误差不超过±0.5
23110205FS-1-1-2-1		14:07	14:09	7.64	7.67	-0.03		
23110205FS-1-1-3-1		14:30	14:31	7.67	7.68	-0.01		
23110205FS-1-1-1-8	化学需氧量	11:15-12:15	12:51	299.3	267	12.1%	符合	相对误差不超过±15%
23110205FS-1-1-2-8		12:15-13:15	13:36	137.4	126	9.0%		
23110205FS-1-1-3-8		13:15-14:15	14:18	131.7	116	13.5%		
23110205FS-1-1-1	流量 (累计 10 分钟)	13:10-13:20	13:20	10.375	10.917	5.0%	符合	相对误差不超过±10%

备注: 实际水样化学需氧量数据>30 mg/L, 比对试验采用实际水样比对。

表 4-2

检测点位置	污水排放口
检测日期	2023.11.21~2023.11.22

标样核查 (单位: mg/L)

序号	检测项目	在线设备检测时间	检测数据	标准值	误差	是否符合	技术要求
1	总磷	11:59	7.036	7.5	-6.2%	符合	相对误差不超过±10%
2	氨氮	11:58	25.71	25	2.8%	符合	
3	总氮	12:03	59.767	60	-0.4%	符合	

实际水样比对检测结果 (单位: mg/L)

样品编号	检测项目	采样时间	在线设备检测时间	仪器检测结果	样品值	误差	是否符合	技术要求
23110205FS-1-1-1-8	总磷	11:15-12:15	/	/	0.03	/	符合	绝对误差不超过±0.04 mg/L
23110205FS-1-1-2-8		12:15-13:15	/	/	0.04	/		
23110205FS-1-1-3-8		13:15-14:15	/	/	0.03	/		
/		/	12:42	0.223	0.2	0.023 mg/L		
/		/	13:20	0.333	0.2	0.133 mg/L		
/		/	13:57	0.226	0.2	0.026 mg/L		
23110205FS-1-1-1-8	氨氮	11:15-12:15	/	/	0.151	/	符合	绝对误差不超过±0.3 mg/L
23110205FS-1-1-2-8		12:15-13:15	/	/	0.218	/		
23110205FS-1-1-3-8		13:15-14:15	/	/	0.178	/		
/		/	12:32	1.71	1.5	0.21 mg/L		
/		/	13:05	1.61	1.5	0.11 mg/L		
/		/	13:39	1.61	1.5	0.11 mg/L		
23110205FS-1-1-1-8	总氮	11:15-12:15	/	/	0.50	/	符合	绝对误差不超过±0.3 mg/L
23110205FS-1-1-2-8		12:15-13:15	/	/	0.76	/		
23110205FS-1-1-3-8		13:15-14:15	/	/	1.00	/		
/		/	12:55	1.563	1.5	0.063 mg/L		
/		/	13:42	1.564	1.5	0.064 mg/L		
/		/	14:28	1.826	1.5	0.326 mg/L		

备注: 实际水样总磷检测数据<0.4 mg/L, 用浓度为 0.2 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试, 绝对误差不超过±0.04mg/L;

实际水样氨氮检测数据<2 mg/L, 用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试, 绝对误差不超过±0.3 mg/L;

实际水样总氮检测数据<2 mg/L, 用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试, 绝对误差不超过±0.3 mg/L。

——报告结束——

编制: 张朕青

2023年12月12日

审核: 鲁强

2023年12月12日

签发: 张朕青

2023年12月12日

附件:

现场采样图片

污水排放口

流量



pH



自动监测设备现场数据

(所有在线数据均由委托单位提供)

pH



华业香料
 经纬度: 117.4997000°E
 31.7617700°N
 时间: 2023-11-21 星期二 13:16



华业香料
 经纬度: 117.4997200°E
 31.7617900°N
 时间: 2023-11-21 星期二 13:51



华业香料
 经纬度: 117.4972920°E
 31.7595610°N
 时间: 2023-11-21 星期二 14:09



华业香料
 经纬度: 117.4997100°E
 31.7618500°N
 时间: 2023-11-21 星期二 14:31

总氮

化学需氧量

氨氮 水质在线自动分析仪

序号	系统时间	年	月	日	时	分	测量值
1	2023-11-21 13:13	23	11	21	13	13	1.00mg/L
2	2023-11-21 13:14	23	11	21	13	14	1.00mg/L
3	2023-11-21 13:15	23	11	21	13	15	1.00mg/L
4	2023-11-21 13:16	23	11	21	13	16	1.00mg/L
5	2023-11-21 13:17	23	11	21	13	17	1.00mg/L
6	2023-11-21 13:18	23	11	21	13	18	1.00mg/L
7	2023-11-21 13:19	23	11	21	13	19	1.00mg/L
8	2023-11-21 13:20	23	11	21	13	20	1.00mg/L
9	2023-11-21 13:21	23	11	21	13	21	1.00mg/L
10	2023-11-21 13:22	23	11	21	13	22	1.00mg/L
11	2023-11-21 13:23	23	11	21	13	23	1.00mg/L
12	2023-11-21 13:24	23	11	21	13	24	1.00mg/L

氨氮

CODer 水质在线监测仪

序号	系统时间	年	月	日	时	分	测量值
1	2023-11-21 14:57	23	11	21	14	57	157.0mg/L
2	2023-11-21 14:58	23	11	21	14	58	157.0mg/L
3	2023-11-21 14:59	23	11	21	14	59	200.0mg/L
4	2023-11-21 15:00	23	11	21	15	00	105.0mg/L
5	2023-11-21 15:01	23	11	21	15	01	275.0mg/L
6	2023-11-21 15:02	23	11	21	15	02	200.0mg/L
7	2023-11-21 15:03	23	11	21	15	03	200.0mg/L
8	2023-11-21 15:04	23	11	21	15	04	200.0mg/L
9	2023-11-21 15:05	23	11	21	15	05	200.0mg/L
10	2023-11-21 15:06	23	11	21	15	06	101.0mg/L

总磷

氨氮 水质在线自动分析仪

序号	系统时间	年	月	日	时	分	测量值
1	2023-11-21 14:10	23	11	21	14	10	1.00mg/L
2	2023-11-21 14:11	23	11	21	14	11	1.00mg/L
3	2023-11-21 14:12	23	11	21	14	12	1.00mg/L
4	2023-11-21 14:13	23	11	21	14	13	28.71mg/L
5	2023-11-21 14:14	23	11	21	14	14	1.00mg/L
6	2023-11-21 14:15	23	11	21	14	15	1.00mg/L
7	2023-11-21 14:16	23	11	21	14	16	1.00mg/L
8	2023-11-21 14:17	23	11	21	14	17	1.00mg/L
9	2023-11-21 14:18	23	11	21	14	18	0.10mg/L
10	2023-11-21 14:19	23	11	21	14	19	0.10mg/L

流量

总磷 水质在线自动分析仪

序号	系统时间	年	月	日	时	分	测量值
1	2023-11-21 14:33	23	11	21	14	33	0.00mg/L
2	2023-11-21 14:34	23	11	21	14	34	0.00mg/L
3	2023-11-21 14:35	23	11	21	14	35	0.00mg/L
4	2023-11-21 14:36	23	11	21	14	36	0.00mg/L
5	2023-11-21 14:37	23	11	21	14	37	0.00mg/L
6	2023-11-21 14:38	23	11	21	14	38	0.00mg/L
7	2023-11-21 14:39	23	11	21	14	39	0.00mg/L
8	2023-11-21 14:40	23	11	21	14	40	0.00mg/L
9	2023-11-21 14:41	23	11	21	14	41	0.00mg/L
10	2023-11-21 14:42	23	11	21	14	42	0.00mg/L
11	2023-11-21 14:43	23	11	21	14	43	0.00mg/L
12	2023-11-21 14:44	23	11	21	14	44	0.00mg/L

仪器数据

时间	瞬时流量 最小值(m³/s)	瞬时流量 平均值(m³/s)	瞬时流量 累计值(m³)
20231124132000	17.09	17.291	10.375
20231124131000	16.95	17.368	10.421
20231124130000	17.72	17.481	10.489
20231124125000	0	5.952	3.571
20231124124000	0	0	0